gnetics™ extender

MANUEL D'UTILISATION

NATURAL LOGISTICS, SL
C/ Rumania 3
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid - Spain

REF GNETICS
LOT 201001

DIR. 93/42/EEC

Index:

1. Description
2. Composants
3. Mode d'emploi
4. Traitement
5. À propos de son utilisation
6. Précautions

Description

L'extenseur Gnetics se compose de plusieurs éléments: un anneau en plastique à la base, composé de deux pièces, deux barres de métal reliées par des ressorts internes au plastique et une pièce de plastique supérieure avec un tube et bande fixante en silicone. Les composants en plastique sont de polyamide, les barres en métal sont baignées dans l'or, tout comme les axes, les ressorts sont en acier fin et le tube et la bande fixante sont en silicone d'usage médical.

Le but de Gnetics est la correction des courbes et l'agrandissement du pénis sans chirurgie. Il peut servir pour traiter la maladie de Peyronie, en traitement après une chirurgie pour éviter une rétraction du pénis et après une chirurgie de reconstruction du pénis. Il sert aussi pour l'agrandissement et l'élargissement du pénis.

Composants

L'appareil comprend (fig.1): 1.un anneau de base postérieure en plastique, avec une place pour l'urètre, 2. Un anneau de base frontal avec deux cavités, 3. Un axe giratoire métallique rond avec un trou, 4. Baguette métallique de réglage, 5.règle métallique avec rondelle, 6. Clip plastique de maintien, 7.tube métallique, 8.ressort, 9. Embout du tube métallique, 10. Baguette plastique de 4cm, 11.baguette plastique de 2cm, 12. Baguette plastique de 0,5cm, 13. Support plastique supérieur avec 4 cavités, 14. Tube de silicone d'usage médical, 15. bande fixante en silicone d'usage médicale, 16.anneau protecteur, 17.Chronomètre, 18.Coussinet protecteur.

Précautions

Enlevez-le pour aller aux toilettes. Ne l'utilisez pas si vous prenez de la drogue ou de l'alcool en excès. Son utilisation n'est pas non plus recommandée en cas d'exercice physique intense ou d'un type de sport. Si vous avez une érection, vous sentirez une plus grande pression mais cela est parfaitement normal. Il est déconseillé de l'utiliser pendant la nuit.

Si de petites bourses blanches apparaissent près du gland, consultez votre médecin, car ce sont peut-être des champignons. Soyez très vigilants avec l'hygiène de l'appareil.

Si vous avez des blessures, ulcères ou autre douleur ou maladie de transmission sexuelle, NE L'UTILISEZ PAS jusqu'à être soigné.

IMPORTANT: L'usage de médicament pour faire pousser ou fortifier les cheveux, les antidépresseurs, les somnifères et tranquilisants, peuvent réduire l'efficacité du traitement.

Mode d'emploi



Mode d'emploi

Il vous faut d'abord, à l'aide d'un mètre à couture, mesurer la longueur et le tour de votre pénis au repos puis en érection(fig. 2 et 3).

La taille de départ de Gnetics est de 9cm. On la mesure depuis le bord inférieur de l'anneau jusqu'au bord supérieur de l'axe mécanique (fig.4 INICIAL).

Adaptez la taille de votre **Gnetics** à celle de votre pénis.

Pour calculer la taille personnelle de votre **Gnetics**, enlevez 4cm à la taille de votre pénis en érection.

Exemple:14,5cm – 4cm= 10,5cm → Taille personnelle de Gnetics = 10,5cm



Il vous faut ensuite régler l'appareil pour l'adapter à la taille calculée juste avant.

Quittez le support de plastique supérieur en tirant vers le haut (fig.5).

Ajoutez au final de l'appareil autant de pièces que nécessaire pour que votre Gnetics ait la taille adéquate (fig. 4 PERSONAL).

Taille personnelle de 10,5cm=Gnetics initial (9cm)+3pièces 12 (0,5cm)

Mode d'emploi





Placez le tube de silicone (pièce 14) dans le coussin protecteur (pièce 16). Son usage est **OBLIGATOIRE**, car il permet plus de confort et de protection du gland. Introduisez en suite les extrémités du tube dans les orifices du support supérieur en plastique (pièce 13) de manière à former un lien avec la bande.



Lorsque le pénis est au repos, descendez toute la peau du prépuce, recouvrant le gland, jusqu'à la base de celui-ci (fig.6). Il est recommandé de protéger son pénis avec une gase ou un coton ou avec l'anneau protecteur (pièce16) (fig.7). Ensuite étirez le pénis pour qu'il soit allongé au repos.

Introduisez alors le pénis dans l'anneau de la base (pièces 1 et 2) en posant le gland sur le trou du support supérieur de 4 cavités (pièce 13). Placez la main gauche sur celui-ci (pièce 13) et poussez l'appareil vers votre corps pour diminuer un peu sa longueur (fig.8).



Continuez à appuyer avec la main gauche pendant que vous introduisez avec votre main droite le gland à l'intérieur du lien formé par la bande en silicone (fig.9).

Pour vous familiariser avec l'appareil, le premier jour, mettez-le et enlevez-le 10 fois de suite. Les repos sont fondamentaux pendant les heures d'utilisation quotidienne de Gnetics. Il faut donc enlever l'appareil toutes les 2 heures pour soulager les tissus. Plus tard, il faudra vous reposer toutes les heures et demies. Profitez-en pour masser doucement le pénis.

Nous vous recommandons de toujours porter l'appareil vers le haut. Vous devrez utilisez des slips ou caleçons et un pantalon large. Placez l'appareil sur un côté et le changer pour avoir 50% de chaque côté et le laver à l'eau et au savon tous les 4 jours.

Si vous cessez de l'utiliser pendant 15 jours ou un mois, commencez avec un centimètre en moins et augmentez de 0,5cm après 5 jours. Après 5 jours de plus, augmentez 0,5cm de plus. Ensuite, continuez le traitement de la même façon qu'avant.

Si vous sentez une gêne toutes les 2 heures c'est que les tissus ont besoin de se reposer. Dans ce cas, enlevez votre appareil et massez doucement le gland et la base du pénis. Deux minutes suffisent et vous pourrez ensuite remettre l'appareil.

Si vous notez une gêne en enlevant l'appareil, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Cela est dû au relâchement des tissus soumis à la tension.

Vous pouvez, de temps à autre, ressentir une gêne. C'est normal et n'affecte pas le suivi normal du traitement. Cependant, il vous faudra l'interrompre pendant une journée si vous le sentez nécessaire, pour reprendre le jour suivant de façon normale.

Si le pénis vous fait mal, devient bleu ou perd de la sensibilité, enlevez l'appareil et massez doucement. Tout reviendra à la normale. Si vous avez des douleurs sous le gland, mettez une gase plus épaisse ou bien l'anneau protecteur (pièce 16).

Les premiers résultats apparaissent normalement après un mois et demi de traitement (15 jours d'adaptation suivis du premier mois de traitement).

PERIODE D'ÉVOLUTION		Période recommandée (jours)	Taille ou pièce à inclure	Jours	Heures quotidiennes
	DEUXIÈME ET TROISIÈME MOIS (ENV.) EVOLUTION INITIALE	1-8	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
		9-16	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
		17-24	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
		25-32	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
		33-40	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
		41-48	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
		49-56	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	8	8
	QUATRIÈME ET CINQUIÈME MOIS EVOLUTION INTERMÉDIAIRE	1-10	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	8
		11-20	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	8
		21-30	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	8
		31-40	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	8
		41-50	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	8
		51-60	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	8
	SIXIÈME MOIS ÉVOLUTION FINALE	1-15	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	15	8
		16-30	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	15	8

À propos de son utilisation

Le plus important est d'être patient et régulier dans son utilisation. Ce sont les clés pour obtenir de bons résultats.

Si vous avez décidé d'utiliser la bande de silicone (pièce 15) au lieu du tube de silicone (pièce 14), le procédé est le même. Vérifiez que la bande à une position correcte sur le support (fig.9B).

Placez alors le pouce de la main gauche pour tenir le gland. Resserrez ensuite le lien avec le gland à l'intérieur, en tirant un peu sur les extrémités du tube de silicone (fig.10).



La méthode est la même si vous utilisez la bande de solicone (pièce 15).

Ensuite, dans une mesure de précaution pour éviter les plis et les possibles pincements, tirez doucement la peau vers l'avant et l'arrière. Faites très attention (fig.11).

Le gland doit être suffisamment serré pour ne pas sortir mais sans sentir la moindre douleur. Laissez ensuite votre main gauche libre pour passer avec soin les extrémités du lien à l'arrière du support supérieur (pièce 13). Continuez ensuite à appuyer sans tirer vers le bas ; vous éviterez de cette manière de possibles pincements innécessaires (fig.12).





Cette opération n'est pas nécessaire si vous utilisez la bande de silicone. Vérifiez simplement que le gland est suffisamment serré pour ne pas sortir et que vous ne ressentez pas de douleur.

Vérifiez ensuite qu'aucun pli ni la base du gland ne soient mal placés. S'ils le sont, veuillez tirez la peau vers le bas devant et derrière pour éviter des pincements. Cela sera sans aucun doute beaucoup plus facile grâce à la technologie **Ergoturn** dont est équipé **Gnetics**.

Le nouveau système **Ergoturn** a été élaboré grâce à une étude de données biologiques et technologiques pour améliorer les conditions d'adaptation de l'homme à ce type d'appareils. Cette technologie permet de mieux ajuster le dispositif aux caractéristiques particulières de chaque pénis, en améliorant notablement la position et la commodité de celui-ci, vu que la grande possibilité de rotation permet à **Gnetics** de ne pas perdre sa force de traction lorsqu'il tourne sur un côté.

Gnetics incorpore également une autre exclusivité : son **chronomètre multifonctionnel**, permettant de contrôler le temps de traitement. Selon nous, pouvoir calculer avec exactitude le temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel du traitement est fondamental pour les usagers de ce type de dispositifs d'agrandissement du pénis. C'est pourquoi l'équipe de professionnels qui forme Gnetics considère indispensable l'incorporation de ce petit instrument de mesure, permettant de ne pas dépasser le temps recommandé et d'éviter ainsi de possibles blessures liées à l'usage excessif de l'extenseur, et améliorant ainsi les résultats.

L'usage du chronomètre est très simple:

Pour le mettre en marche, il suffit d'appuyer sur le bouton noir, et si vous appuyer de nouveau, le chronomètre s'arrêtera en mémorisant le temps d'utilisation. Une nouvelle pression le remettra en marche en continuant le compte depuis ce même moment.

Pour le remettre à zéro, appuyez 3 secondes sur le bouton noir. Pour l'éteindre, appuyez dix secondes sur ce même bouton.

Traitement

Le traitement se fait sur deux périodes. Le premier, appelé **période d'adaptation**, dure un mois. Le second, appelé période d'évolution, se divise à son tour en 3 phases : **phase d'évolution** initiale (2e et 3e mois), phase intermédiaire (4e et 5e mois) et phase d'évolution finale, à partir du 6e mois. Toute modification au traitement indiqué, si petite soit-elle, peut changer les résultats.

Période d'adaptation:

		Période recommandée (jours)	Taille ou pièce à inclure	Jours	Heures quotidiennes
PÉRIODE D'ADAPTATION	PREMIER MOIS	1-15	Taille personnelle	15	2
		16-20	Taille personnelle	5	4
		21-30	Ajoutez un petit axe de 0,5cm	10	6

Période d'évolution:

Les heures d'utilisation ne sont pas forcément continues, mais il faut respecter le nombre d'heures quotidiennes. Reposez-vous le temps nécessaire et massez le pénis.

Il est recommandé de changer l'orientation du pénis d'un côté à l'autre chaque jour. Le total du temps doit être de 50% de chaque côté.

Si votre usage de Gnetics n'est pas destiné à l'agrandissement du pénis mais à la correction de la courbe, maladie de Peyronie ou indications postopératoires et urologiques, suivez les instructions de votre médecin et n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels.